


# Påtagning af Biogel® Indicator® dobbelthandske systemer

## LUKKET påtagning med manchetten over hænderne

Ifør dig den sterile kittel og åben yder- og inderemballagen<sup>1</sup> som anbefalet.



### Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation

- 16 Med Biogel punkturindikationssystemet vil der, hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.
- 17 Udsift en kontamineret handske under operationen ved at fjerne yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.
- 18 Kontroller inderhandsken for punktur. Er der handskepunktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.
- Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at Biogel punkturindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på som vist i pkt. 14 & 15 og sorg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Reference: <sup>1</sup> Folin A.Udpakning af Indicator-doppelhandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

 **Biogel®**

SETTING THE STANDARD IN PROTECTION